

Mode d'emploi

EduMic



Introduction de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous guide dans l'utilisation et l'entretien de votre nouvel EduMic. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la section Avertissements. Cela vous aidera à tirer le maximum de votre nouvel EduMic.

Si vous avez des questions supplémentaires relatives à l'utilisation de votre EduMic, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Pour plus de facilité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation (voir ci-dessus) qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

| **À propos** | Démarrage | Manipulation | Autres modes | Avertissements | Suppléments |

Usage prévu

Usage prévu	EduMic est conçu pour être un microphone sans fil et un émetteur de signaux vocaux et audio vers les aides auditives.
Indications pour l'utilisation	Pas d'indication d'utilisation.
Utilisateur prévu	Adultes et enfants de plus de 36 mois.
Environnement d'utilisation	Salle de classe / Usage personnel
Contre-indications	Les utilisateurs d'implants actifs doivent porter une attention particulière en utilisant l'appareil. Pour plus d'informations, lisez la section Avertissements.
Bénéfices cliniques	Voir les preuves/bénéfices cliniques de l'aide auditive.

Sommaire

À propos

Pour bien commencer...	7
Introduction	8

Démarrage

Pièces et fonctions d'EduMic	10
Activer et désactiver EduMic	14
Silencieux en mode microphone	15
Coupler EduMic à des aides auditives	16
Coupler EduMic à des aides auditives rechargeables	18
Charger EduMic	20

Manipulation

Indication de pile faible	21
Performances des piles	22
Durée de mise en charge	23
Gestion des couplages	24
Supprimer les couplages	25
Utilisation du clip rotatif	26
Nettoyage	27

Autres modes

Connexion à des sources sonores externes	28
Connexion aux systèmes de classe	30
Housse de protection FM	33
Passer en mode bobine d'induction	34

Avertissements

Avertissements	36
----------------	----


Suppléments

Conditions d'utilisation	40
Dépannage	42
Garantie	45
Informations techniques	46

Pour bien commencer...

Avant de pouvoir utiliser EduMic, EduMic et les aides auditives doivent être couplés. Le couplage sera enregistré, vous ne devez donc procéder au couplage qu'une seule fois. Rendez-vous sur www.oticon.fr/compatibility pour de plus amples informations.

Coupler EduMic à des aides auditives



Voir page

16

ou


18

Introduction

EduMic peut diffuser le son aux aides auditives Oticon grâce à la technologie 2,4 GHz. Les aides auditives reçoivent le son diffusé dans un programme EduMic dédié.

Mode microphone

Lorsque vous allumez EduMic, une LED verte apparaît. Cela indique que le mode microphone est activé. Le microphone EduMic capte la voix et diffuse le signal vers un nombre illimité d'aides auditives couplées. Ainsi, chaque utilisateur aura toujours un accès clair et cohérent à la voix de son interlocuteur, surmontant ainsi les effets négatifs du bruit et de la réverbération dans l'environnement et la distance qui les sépare.



Un microphone sans fil peut être avantageux aux utilisateurs d'aides auditives de tous les âges en fournissant un accès direct à un interlocuteur principal.

Modes dans EduMic

EduMic propose quatre modes de fonctionnement différents :

- Mode microphone (portée de 20 m)
- Mode jack (portée de 20 m)
- Mode FM (portée de 3 m)
- Mode bobine d'induction (portée de 3 m)

Lorsqu'un câble jack est connecté, EduMic est en **mode jack** et diffuse l'entrée audio des sources sonores externes directement vers les aides auditives.

Le streaming en mode microphone et jack est conçue pour une communication

de un à plusieurs.


Lorsqu'un écouteur universel (FM) est branché, EduMic est en **mode FM** et diffuse l'audio à partir d'un autre système de salle de classe sans fil.


Lorsque le **mode bobine d'induction** est activé, EduMic diffuse le son depuis un système à boucle d'induction.

Le streaming en mode FM et bobine d'induction est conçu pour un usage personnel, soit en classe (mode FM), soit dans la sphère publique (mode bobine d'induction).

En cas d'utilisation en mode bobine d'induction et FM, des déconnexions peuvent se produire. Dans ce cas, EduMic redémarre et le programme d'écoute choisi reprend rapidement.

Pièces et fonctions d'EduMic






• **Entrée jack de 3,5 mm**
Sources audio externes

• **Connecteurs FM (DAI)**
Écouteurs universels

Bas

Voyant d'état	Mode
Bleu clignotant	Couplage en cours
Blanc	Démarrage
Vert	ACTIVÉ/Mode microphone
Vert clignotant	Silencieux en mode microphone
Jaune	Jack/mode FM
Jaune clignotant	Silencieux en mode jack/FM
Rouge	Couplages supprimés
Magenta	Mode bobine d'induction
Magenta clignotant	Silencieux en mode bobine d'induction
Voyant de fonctionnement	Mode
Blanc	Démarrage
Vert	Entièrement chargé
Jaune clignotant	En charge
Rouge clignotant	Faible niveau de pile

Pièces et fonctions du cordon



Utilisation du cordon


Lorsque vous utilisez EduMic avec le cordon, la distance entre la bouche et le sommet d'EduMic doit être au maximum de 20 cm.

1. Fixez le clip sur l'adaptateur réglable.
2. Accrochez le cordon autour de votre cou et réglez l'adaptateur de manière à ce qu'il soit à la bonne distance de votre bouche.

Conseils :

Pour réduire le bruit dans les aides auditives, il est recommandé de désactiver le microphone pendant que vous le manipulez avant de l'utiliser.

EduMic ne doit pas être porté à proximité de bijoux ou autres objets durs.



Activer et désactiver EduMic



ACTIVÉ/Mode microphone :

- Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes jusqu'à ce que les deux voyants d'état passent au BLANC et relâchez le bouton. Attendez 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état passe au VERT. EduMic est maintenant allumé et le microphone est prêt à l'emploi.

ÉTEINT :

- Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état s'éteigne.

Silencieux en mode microphone

Utilisez la fonction mode silencieux si vous avez besoin de rendre muet le flux audio depuis EduMic. Appuyez brièvement sur le bouton pour rendre muet le flux audio depuis EduMic.



Silencieux :

- Appuyez sur le bouton brièvement.
Le voyant d'état clignote en VERT.
La diffusion audio depuis EduMic est maintenant coupée.

Désactivation du mode silencieux :


- Pour réactiver EduMic, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton.

Coupler EduMic à des aides auditives

Assurez-vous que EduMic est allumé




Activer le mode de couplage dans les aides auditives



1. Éteignez les aides auditives en ouvrant le tiroir-pile.
2. Allumez les aides auditives en fermant le tiroir-pile.

Les aides auditives peuvent maintenant être couplées à EduMic dans les 3 prochaines minutes.

Coupler les aides auditives



Placez les aides auditives près d'EduMic.

Il est recommandé de coupler un ensemble d'aides auditives à la fois.

Le voyant d'état clignotera en BLEU tant que le couplage sera en cours.

Prêt à l'emploi



Le voyant d'état cessera de clignoter en BLEU une fois le couplage terminé et passera au VERT.

EduMic est maintenant prêt à être utilisé avec les aides auditives.

S'il convient de coupler un plus grand nombre d'aides auditives, répétez ces étapes.

Coupler EduMic à des aides auditives rechargeables

Assurez-vous que EduMic est allumé



Activer le mode de couplage dans les aides auditives


1. ÉTEINT
2. ALLUMÉ



1. Désactivez les aides auditives en appuyant sur la partie inférieure du bouton-poussoir pendant 3 secondes.
2. Activez les aides auditives en appuyant sur la partie inférieure du bouton-poussoir pendant 2 secondes.

Les aides auditives peuvent maintenant être couplées à EduMic dans les 3 prochaines minutes.

Coupler les aides auditives



Placez les aides auditives près d'EduMic.

Il est recommandé de coupler un ensemble d'aides auditives à la fois.

Le voyant d'état clignotera en BLEU tant que le couplage sera en cours.

Prêt à l'emploi




Le voyant d'état cessera de clignoter en BLEU une fois le couplage terminé et passera au VERT.

EduMic est maintenant prêt à être utilisé avec les aides auditives.

S'il convient de coupler un plus grand nombre d'aides auditives, répétez ces étapes.

Charger EduMic


Connecter à la source d'alimentation



1. Insérez le micro USB dans la prise de chargement sur EduMic.
2. Insérez le chargeur mural dans une prise de courant.


Ou insérez le câble du chargeur USB dans une source d'alimentation USB.

En charge



Le voyant de fonctionnement clignotera en JAUNE pendant la charge.


Chargement terminé



Le voyant d'alimentation passera au VERT lorsque la pile sera complètement chargée.

Indication de pile faible

Le voyant d'alimentation commencera à clignoter en ROUGE lorsque la pile sera faible. Cela vous laissera deux heures avant que la pile ne s'épuise.



REMARQUE IMPORTANTE

Lors du rechargement, l'indicateur de charge doit être allumé comme décrit dans ce mode d'emploi. Si l'indicateur de charge n'est pas allumé comme décrit, débranchez l'appareil du chargeur et consultez votre audioprothésiste.

Lorsque vous chargez EduMic, utilisez le câble USB fourni ou le bloc d'alimentation 5,0V/1A, avec marquage CE et de sécurité.



Performances des piles

Un EduMic complètement chargé vous donnera 10 heures d'utilisation. Les performances quotidiennes des piles varient en fonction de votre utilisation spécifique d'EduMic. Par exemple, diffuser du son stéréo en mode jack consommera plus de puissance que de diffuser votre voix en mode microphone.

Si EduMic est à court de pile, connectez-le à une source d'alimentation pour le recharger.

Pour des conditions de chargement optimales, la température ambiante doit être comprise entre +20 °C et +30 °C.

Si vous constatez que la pile ne fonctionne pas comme prévu, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Durée de mise en charge

Assurez-vous de charger complètement EduMic avant de l'utiliser pour la première fois.

Nous vous recommandons de recharger EduMic pendant la nuit après utilisation. De cette façon, vous commencerez la journée avec EduMic complètement chargé.

La durée de chargement peut varier en fonction de la charge restante de la pile. Si EduMic est complètement déchargé, le temps de chargement normal est de :

2,5 heures	1 heure	0,5 heure
Entièrement chargé	Chargé à 50 %	Chargé à 25 %

Le processus de chargement s'arrêtera automatiquement lorsque la pile sera complètement chargée. Laissez EduMic connecté à une source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Gestion des couplages

Pour écouter le signal diffusé par EduMic, les aides auditives doivent figurer dans le programme EduMic. Cela peut se faire automatiquement ou manuellement.

Changement automatique du programme d'aide auditive

EduMic peut stocker jusqu'à 10 ensembles de couplages d'aides auditives. Lorsque l'une de ces aides auditives se trouve dans un rayon de 20 m d'EduMic, elles passent automatiquement au programme EduMic. En mettant en silencieux et en réactivant EduMic, vous initiez également un changement de programme dans les aides auditives.

Changement manuel du programme d'aide auditive

Lorsque EduMic est couplé à plus de 10 ensembles d'aides auditives, les couplages ne sont pas tous stockés dans EduMic. Dans ce cas, l'utilisateur des aides auditives peut passer manuellement au programme EduMic sur ses aides auditives ou alternativement sur une télécommande personnelle.

REMARQUE IMPORTANTE

Veillez vous référer au mode d'emploi de vos aides auditives pour en savoir plus sur la fonctionnalité de votre solution d'aide auditive spécifique.

Supprimer les couplages

Il est possible de supprimer tous les couplages d'EduMic quand ils ne sont plus nécessaires. Coupler à nouveau les aides auditives garantira l'accès au changement de programme automatique pour ces aides auditives.

Assurez-vous que EduMic est allumé



Supprimer les couplages




Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 12 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état passe au ROUGE.

Tous les couplages à des aides auditives sont maintenant supprimés d'EduMic.

Utilisation du clip rotatif

Lorsque vous utilisez EduMic en mode microphone, portez-le comme indiqué, en position verticale. La distance entre la bouche et le sommet d'EduMic doit être au maximum de 20 cm. EduMic ne doit pas être porté à proximité de bijoux ou autres objets durs.

Fixez EduMic à vos vêtements à l'aide du clip rotatif



Nettoyage

EduMic est hydrofuge, ce qui le rend très facile à nettoyer avec un chiffon humide. Il est recommandé de le nettoyer régulièrement.


REMARQUE IMPORTANTE

EduMic ne doit jamais être lavé ni immergé dans de l'eau, de l'alcool ou tout autre détergent puissant.

Connexion à des sources sonores externes

L'entrée jack 3,5 mm vous permet de connecter EduMic à des sources sonores externes telles qu'un système de champ sonore, des smartboards ou des PC / tablettes, etc.

Connecter le câble jack



Insérez le jack.

Connectez le câble jack à la source audio externe.

Assurez-vous que EduMic est allumé.

Mode jack



Quand le câble jack est connecté, le voyant d'état est JAUNE.

Le microphone EduMic est désactivé dans le mode jack.

Activer/désactiver le mode silencieux




Appuyez brièvement sur le bouton pour rendre muet le flux audio depuis EduMic.

Le voyant d'état clignote en JAUNE.

Pour réactiver, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton.

Revenir en mode microphone




1. Débranchez le jack d'EduMic.

2. Le voyant d'état passera au VERT et EduMic reviendra au mode microphone.

Connexion aux systèmes de classe

L'installation du système nécessite un émetteur FM et un récepteur FM universel avec un connecteur Européin.

Branchez l'écouteur



Branchez l'écouteur et assurez-vous qu'EduMic est allumé.

Placez EduMic près de l'étudiant (max 3 m).

Allumez l'émetteur FM pour activer le système de classe.

Mode FM



Quand l'émetteur FM est connecté, le voyant d'état est JAUNE.

Le microphone EduMic est désactivé dans le mode FM.

Activer/désactiver le mode silencieux




Appuyez brièvement sur le bouton pour rendre muet le flux audio depuis EduMic.

Le voyant d'état clignote en JAUNE.

Pour réactiver, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton.

Revenir en mode microphone



1. Débranchez l'écouteur d'EduMic.


2. Le voyant d'état passera au VERT et EduMic reviendra au mode microphone.

REMARQUE IMPORTANTE

Pour plus de détails sur les fonctionnalités de votre système de salle de classe spécifique, reportez-vous au mode d'emploi associé.

Housse de protection FM

Lorsqu'un écouteur universel est branché sur EduMic, il est recommandé d'utiliser la housse en caoutchouc blanche fournie pour protéger l'écouteur contre la casse.



REMARQUE IMPORTANTE


La housse de protection FM ne doit pas être utilisée en mode Microphone. La housse déformera l'entrée du microphone.

Passer en mode bobine d'induction




La bobine d'induction donne un accès direct aux systèmes à boucle d'induction que l'on trouve généralement dans les théâtres, les lieux de culte ou les salles de conférence. Ce symbole ou un signe similaire est affiché dans les endroits où une boucle d'induction à distance a été installée.

Assurez-vous qu'EduMic est éteint



Mode bobine d'induction



Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état passe au MAGENTA. EduMic est maintenant en mode bobine d'induction et le microphone EduMic est désactivé. La portée de fonctionnement est de 3 m.

Activer/désactiver le mode silencieux



Appuyez brièvement sur le bouton pour rendre muet le flux audio depuis EduMic.

Le voyant d'état clignote en MAGENTA.

Pour réactiver, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton.

Quittez le mode bobine d'induction



Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état s'éteigne.

Avertissements

Pour votre sécurité personnelle et pour vous assurer d'un usage correct, vous devez vous familiariser avec les avertissements généraux donnés ci-dessous avant d'utiliser votre EduMic. Consultez votre audioprothésiste si vous êtes confronté à des opérations/fonctionnements ou des événements inattendus avec votre EduMic pendant l'utilisation ou en raison de son utilisation. Votre audioprothésiste saura vous accompagner dans la manipulation et si cela est nécessaire reporter au fabricant et/ou aux autres autorités.

Risques d'étouffement et risque d'ingestion de petites pièces

EduMic et son écouteur doivent être tenus hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible de les avaler ou de se blesser à leur contact. Si un écouteur est avalé, veuillez consulter immédiatement un médecin.

Explosifs

EduMic peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions normales d'utilisation. EduMic n'a pas été testé pour la conformité avec les normes internationales concernant les atmosphères explosives.

Par conséquent, n'utilisez pas EduMic dans des environnements présentant un danger d'explosion, par ex. des mines, des environnements riches en oxygène ou des zones où des anesthésiques inflammables sont manipulés.

Radiographie/tomodensitométrie/IRM/PET-scan, électrothérapie et intervention chirurgicale

Retirez EduMic avant les séances de radiographie, tomodensitométrie, IRM, scanner TEP et électrothérapie ainsi que pour les interventions chirurgicales pour éviter les dommages causés à EduMic par des champs électromagnétiques importants.

Chaleur et produits chimiques

EduMic ne doit jamais être exposée à une chaleur extrême, par exemple en la laissant dans une voiture garée en plein soleil. EduMic ne doit pas non plus être séché dans un four à micro-ondes ou dans d'autres types de fours.

Les produits chimiques contenus dans les produits de beauté, les laques, les parfums, les après-rasages, les crèmes solaires ou les produits insecticides peuvent abîmer EduMic. Enlevez toujours EduMic avant d'utiliser ce genre de produits et attendez que ce produit sèche avant utilisation.

Interférences

EduMic a fait l'objet de tests approfondis pour les interférences selon les normes internationales les plus rigoureuses. Cependant, des interférences entre EduMic et d'autres appareils (par ex. certains téléphones portables, appareils à bande publique, systèmes d'alarme de magasins et autres appareils sans fil) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre EduMic et l'appareil concerné.

Utilisation en avion

EduMic comporte le Bluetooth. EduMic ne doit pas être utilisée à bord d'un avion sauf en cas d'autorisation spécifique par le personnel navigant.

Implants actifs

EduMic a été minutieusement testé et caractérisé pour la santé humaine conformément aux normes internationales en matière d'exposition humaine (rapport d'absorption spécifique - SAR), de puissance électromagnétique induite et de tensions dans le corps humain.

Les valeurs d'exposition sont bien en dessous des limites de sécurité acceptées internationalement pour le SAR, l'alimentation électromagnétique induite et les tensions dans le corps humain définies dans les normes pour la santé humaine et la coexistence avec des implants médicaux actifs, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques.

Avertissements

Pile rechargeable

Ne tentez pas d'ouvrir EduMic car cela pourrait endommager la pile. N'essayez jamais de remplacer la pile. S'il est nécessaire de remplacer la pile, veuillez renvoyer votre appareil au fournisseur. La garantie deviendra nulle en cas de présence de signes d'altération.

Le rechargement sécurisé des piles au moyen du connecteur USB dépend entièrement de la source extérieure des signaux. Lorsqu'il est raccordé à un équipement externe branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC 62368-1 ou à des normes équivalentes.

Connexion à un équipement externe

La sécurité d'utilisation d'EduMic lorsque connecté à un équipement externe avec un câble d'entrée auxiliaire ou directement, dépend de la source extérieure des signaux. Lorsqu'il est raccordé à un équipement externe branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme aux normes de sécurité IEC 62368-1 ou à des normes équivalentes.

Accessoires incompatibles non fournis

Utilisez uniquement des accessoires, des transducteurs ou des câbles fournis par le fabricant. Des accessoires incompatibles peuvent réduire la compatibilité électromagnétique (CEM) de votre appareil.

Utilisation du cordon

Si le cordon s'accroche ou se prend accidentellement quelque part pendant que l'utilisateur le porte, sa conception est telle qu'il se brise automatiquement. En conséquence, n'essayez jamais de le raccourcir ou de le modifier d'une façon qui n'est pas autorisée. Le cordon ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 36 mois.

Mise en charge

Pour prévenir les dommages potentiels de la batterie pendant le stockage veuillez charger EduMic tous les 6 mois.

Effets secondaires possibles

Bien que les matières utilisées pour fabriquer EduMic soient hypoallergéniques, dans des cas très rares, elles peuvent provoquer une irritation de la peau ou d'autres effets secondaires.

Dans ce dernier cas, merci de consulter un spécialiste.

Utilisation lors de la conduite

Utiliser EduMic peut vous distraire. Soyez attentif à votre environnement lorsque vous utilisez EduMic. Veuillez vous référer au code de la route national concernant l'utilisation des appareils de communication en conduisant.

Conditions d'utilisation

Utilisation, stockage et humidité durant le transport	15 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Température d'utilisation	+5 °C à +40 °C
Température de stockage	-20 °C à +30 °C Chargement d'EduMic avant le stockage Charger tous les 6 mois
Température de transport	-20 °C à +60 °C
Pression atmosphérique	700 hPa à 1 060 hPa

Dépannage

Symptôme	Causes possibles
Son réduit d'EduMic	L'entrée microphone est couverte
	EduMic est placé trop loin de la bouche
	EduMic est tourné loin de la bouche
Pas de son provenant d'EduMic	Les aides auditives ne sont pas dans le programme EduMic
	Échec du couplage avec les aides auditives
EduMic ne peut pas coupler les aides auditives	Les aides auditives Oticon sont déjà couplées à un autre EduMic
	Les aides auditives sont couplées à un autre EduMic allumé et situé dans un rayon de 20 m
Bruit grave en mode jack lors du chargement	Charger et écouter de l'audio à partir du même appareil / PC n'est pas pris en charge
Du bleu clair clignote lorsque j'essaie d'activer EduMic	EduMic est déchargé
Les deux voyants lumineux clignotent en ROUGE	Erreur système

Solutions

Déplacez EduMic pour qu'il ne soit pas couvert par les vêtements

Déplacez EduMic à moins de 20 cm de votre bouche

Tournez EduMic pour qu'il pointe dans la direction de votre bouche. Voir la section : Comment porter EduMic

Mettez EduMic en silencieux ou coupez à nouveau les aides auditives avec EduMic

Remplacez / rechargez les piles pour vous assurer que les aides auditives sont alimentées et connectez-les à nouveau

Supprimez tous les couplages avec cet EduMic et coupez à l'EduMic concerné car elles ne peuvent être couplées qu'à un seul EduMic

Désactivez l'EduMic connecté ou supprimez tous les couplages avec cet EduMic pour vous connecter à l'EduMic correspondant

Chargez EduMic en utilisant le chargeur mural

Charger EduMic

Contactez votre audioprothésiste

Garantie internationale

Votre EduMic bénéficie d'une garantie limitée internationale, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est limitée aux défauts de fabrication et matériels de l'appareil à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que les piles, câbles, alimentations électriques, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e)/ incorrect(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non autorisé, une exposition à des conditions corrosives, des dommages dus à la pénétration de corps étrangers dans l'appareil ou des ajustements incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de

consommation. Votre audioprothésiste peut offrir une garantie plus large que celle qui est prévue par les dispositions de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez le consulter.

Si vous avez besoin d'aide

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre EduMic tout au long de sa durée de vie. Votre audioprothésiste peut vous aider à obtenir le service de garantie du fabricant. Votre audioprothésiste peut facturer des frais pour ses services.

Garantie

Certificat

Nom de l'utilisateur : _____

Audioprothésiste : _____

Adresse de l'audioprothésiste : _____

Téléphone de l'audioprothésiste : _____

Date d'achat : _____

Période de garantie : _____ Mois : _____

N° de série : _____

Informations techniques

EduMic contient un émetteur-récepteur radio utilisant la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) et une technologie radio propriétaire à courte portée, fonctionnant toutes deux dans la bande ISM 2,4 GHz. L'émetteur radio est faible et toujours inférieur à 50 mW, égal à 17 dBm de la puissance totale rayonnée.

EduMic est conforme aux normes internationales concernant les émetteurs radio, la compatibilité électromagnétique et l'exposition humaine.

En tant que dispositif médical porté au contact du corps, cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences fixées par la FCC et l'IC et a été testé au contact du corps humain. L'appareil ne doit pas être placé ou utilisé en conjonction avec un autre appareil portant une antenne ou un émetteur.

En raison de l'espace disponible limité sur EduMic, tous les marquages de certification sont présents dans ce mode d'emploi.

EduMic contient le logiciel LittleFS © 2017, Arm Limited. Tous droits réservés. Veuillez consulter l'aide sur www.oticon.global pour plus de détails.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la fiche technique sur www.oticon.global

États-Unis et Canada

L'aide auditive contient un module radio avec les numeros d'identification de certification suivants :

FCC ID : U28N01

IC : 1350B-N01

Cet appareil est conforme a la Partie 15 du Reglement FCC et aux RSS exempts de licence d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne risque pas de causer d'interferences dommageables.
2. Cet appareil doit accepter les interferences recues, y compris les interferences pouvant entrainer un fonctionnement indesirable.

Les changements ou les modifications non expressement approuves par la partie responsable de la conformite pourraient annuler l'autorite de l'utilisateur a faire fonctionner l'appareil.

Ce dispositif numérique de Catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Remarque : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du Règlement FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut provoquer des interférences nocives avec les radiocommunications. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter

de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et l'écouteur.
- Brancher l'équipement à une prise électrique placée sur un circuit différent de celui sur lequel l'écouteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les aides auditives Oticon sont fabriquées par la société Oticon A/S. Il s'agit de dispositifs médicaux de classe IIa, marqués CE 0543 et remboursés par les organismes d'assurance maladie (consulter la LPPR). Ces dispositifs médicaux sont destinés à la réhabilitation des pertes auditives légères à sévères profondes. Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Mise à jour : 03/2020.

Le fabricant certifie que cet EduMic est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/CE.

Ce dispositif médical est conforme à Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745.

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE



Les déchets électroniques doivent être traités selon la législation locale.









La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark



Description des symboles utilisés dans ce mode d'emploi

	Avertissements Les textes marqués d'un symbole d'avertissement doivent être lus avant d'utiliser l'appareil.
	Fabricant L'appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, comme défini dans les directives de l'UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
	Marquage CE L'appareil est conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.
	Déchets électroniques (DEEE) Recyclez les aides auditives, les accessoires ou les piles conformément aux réglementations locales. Les utilisateurs d'aides auditives peuvent également renvoyer les déchets électroniques à leur audioprothésiste. Équipements électroniques couverts par la directive 2012/19/UE relative aux déchets et au matériel électrique (DEEE).
	Marque de conformité réglementaire (RCM) Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique applicables aux appareils fournis au marché australien ou néo-zélandais.
	Double isolation Indique que l'alimentation du produit est à double isolation. Cela signifie un très faible risque de défaillance par une seule panne.
	Utilisation en intérieur Indique que le produit convient à une utilisation en intérieur.
	TwinLink 2,4 GHz L'appareil est doté de la technologie radio Bluetooth Low Energy (BLE) de 2,4 GHz, qui prend en charge le streaming sans fil vers des aides auditives Oticon avec un écouteur de 2,4 GHz.



Boucle d'audition

Ce logo intègre le symbole universel d'assistance auditive. Le « T » signifie qu'une boucle auditive est installée.

Description des symboles supplémentaires utilisés sur les étiquettes



Garder au sec

Indique un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité.



Numéro de référence

Indique le numéro de référence du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.



Numéro de série

Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un dispositif médical spécifique puisse être identifié.



Li-ion

Symbole de recyclage de la pile

Symbole de recyclage de la pile Li-Ion

5,0V 500mA

Entrée d'alimentation électrique

Indique la vitesse à laquelle l'alimentation est envoyée à votre appareil.



Firmware

Version du firmware utilisée dans l'appareil



Dispositif médical

Cet appareil est un dispositif médical.



Logo ICASA d'Afrique du Sud

Indique que l'appareil possède une licence pour être vendu en Afrique du Sud.



Identifiant unique de l'appareil

Indique un support qui contient des informations d'identification uniques de l'appareil.



Life-changing technology signifie
Des technologies qui changent la vie.

oticon
life-changing **technology**